

Шпатель отоларингологічний JS дерев'яний

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинен бути для проведення маніпуляцій та досліджень ротової порожнини людини.	
2	Повинен бути виготовлений з деревини твердих листяних порід дерева.	
3	Повинен мати гладку шліфовану поверхню і краї	
4	Повинен мати рівні бічні сторони та заокруглені торцеві краї.	
5	Повинен мати розміри: Довжина шпателя 150 мм Ширина шпателя 18 мм Товщина шпателя 1,6 мм	
6	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
7	Повинен бути для одноразового використання.	
8	Повинен мати індивідуальне пакування.	