

Шпатель отоларингологічний JS пластиковий підсилений

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинен бути для проведення маніпуляцій та досліджень ротової порожнини людини.	
2	Повинен бути виготовлений з білого ABS-пластику.	
3	Повинен мати гладку поверхню і краї	
4	Повинен мати рівні бічні сторони та заокруглені торцеві краї.	
5	Повинен мати по 3 ребра жорсткості з кожної сторони	
6	Повинен мати розміри: Довжина шпателя 175 мм Ширина шпателя 18 мм Товщина шпателя 2,0 мм	
7	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
8	Повинен бути для одноразового використання.	
9	Повинен мати індивідуальне пакування.	