

Шпатель отоларингологічний JS пластиковий

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинен бути для проведення маніпуляцій та досліджень ротової порожнини людини.	
2	Повинен бути виготовлений з прозорого пластику.	
3	Повинен мати гладку поверхню і краї	
4	Повинен мати рівні бічні сторони та заокруглені торцеві краї.	
5	Повинен мати розміри: Довжина шпателя 150 мм Ширина шпателя 19 мм Товщина шпателя 2,0 мм	
6	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
7	Повинен бути для одноразового використання.	
8	Повинен мати індивідуальне пакування.	