

Шпатель цервікальний (Ейра) JS

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинен бути призначений для отримання ектоцервікальних мазків і мазків заднього склепіння, з поверхні слизової піхви, зіву цервікального каналу і уретри.	
2	Повинен складатися з рукоятки, на протилежних кінцях якої розміщені дві робочі частини у вигляді лопаток з перфорацією, різного розміру та форми.	
3	Повинен бути виготовлений з білого поліпропілену.	
4	Повинен мати розміри: Довжина виробу: 180±3 мм. Ширина робочих частин: 15 мм - з однієї сторони; 20 мм – з іншої сторони. Довжина робочих частин: 40±2 мм - з однієї сторони; 20 мм – з іншої сторони.	
5	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
6	Повинен бути для одноразового використання.	
7	Повинен мати індивідуальне пакування.	