

Шприц ін'єкційний 10мл з голкою, 3-компонентний

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинен бути для проведення підшкірних, внутрішньошкірних, внутрішньовенних та внутрішньом'язових ін'єкцій.	
2	Повинен бути трьохкомпонентним (циліндр, поршень та ущільнювач)	
3	Повинен бути об'ємом 10,0 мл.	
4	Повинен мати тип з'єднання з голкою «Луер Сліп»	
5	Повинен мати голку 0,8 x 38 мм	
6	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним	
7	Повинен бути для одноразового використання	
8	Повинен мати індивідуальне пакування	