

Шприц ін'єкційний 50мл з голкою, 3-компонентний

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинен бути для проведення внутрішньовенних та внутрішньом'язових ін'єкцій.	
2	Повинен бути трьохкомпонентним (циліндр, поршень та ущільнювач)	
3	Повинен бути об'ємом 50,0 мл.	
4	Повинен мати тип з'єднання з голкою «Луер Сліп»	
5	Повинен мати голку 1,2 x 32 мм	
6	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
7	Повинен бути для одноразового використання.	
8	Повинен мати індивідуальне пакування.	