

Система переливання інфузійних розчинів (світлозахищена),
з внутрішньовенною голкою та металевою голкою до ємності JS

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинна бути призначена для внутрішньовенного вливання світлочутливих інфузійних розчинів.	
2	Повинна мати трубку та крапельну камеру, виготовлені з полівінілхлориду із світлозахисними властивостями.	
3	Повинна мати металеву атравматичну голку з трьохгранною заточкою.	
4	Розмір ін'єкційної голки 0,8*26 мм.	
5	Повинна мати повітровід, що складається з металевої голки та повітряного фільтру.	
6	Повинна мати роликівий регулятор швидкості потоку.	
7	Повинна мати фільтр рідини для додаткової фільтрації інфузійних розчинів	
8	Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.	
9	Повинна бути для одноразового використання	
10	Повинна мати індивідуальне пакування.	