

Скло предметне JS з нешліфованими краями

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинне бути призначене для проведення мікроаналітичних досліджень в клініко-діагностичних, санітарно-гігієнічних, харчових та інших лабораторіях.	
2	Повинне бути виготовлене з безбарвного силікатного скла	
3	Повинне мати плоску і рівну поверхню, рівномірну товщину і абсолютну прозорість	
4	Повинне бути з нешліфованими краями	
5	Повинне мати розміри: 25x76 мм	
6	Повинне мати товщину 1 мм	
7	Повинне мати пакування по 50 шт.	