

Воронка вушна стерильна,
отвір Ø 2,5 мм, Ø 4 мм, Ø 4,6 мм

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинна бути призначена для огляду слухового проходу і барабанної перетинки	
2	Повинна бути виготовлена з поліетилену (PE)	
3	Повинна мати гладку поверхню і краї	
4	Повинна мати розміри: Діаметр отвору: Ø 2,5 мм, або Ø 4 мм, або Ø 4,6 мм Довжина виробу 35мм	
5	Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною	
6	Повинна бути для одноразового використання.	
7	Повинна мати індивідуальне пакування.	