

Зонд для забору проб JS

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинен бути призначений для взяття біологічного матеріалу з поверхні слизової піхви, шийки матки, з цервікального каналу і уретри, а також будь якої доступної слизової оболонки (порожнини рота, ока, носу, глотки) що дозволяє провести біохімічний, цитологічний і бактеріологічний аналіз.	
2	Повинен складатися з голівки (робоча частина), виготовленої з матеріалу- дакрон і ручки (матеріал- поліпропілен)	
3	Повинен мати розміри: Довжина зонда (робоча частина+ ручка): 175± 3 мм Довжина робочої частини (з ворсовим покриттям): 22± 2 мм Діаметр робочої частини (з ворсовим покриттям): 3 мм	
4	На ручці зонда повинні бути дві поперечні насічки, які дозволяють за необхідності відламати кінець з робочою частиною і мазком, без використання додаткового інструментарію та покласти її в мікропробірку або пробірку для транспортування в лабораторію.	
5	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
6	Повинен бути для одноразового використання.	
7	Повинен мати індивідуальне пакування.	