

Зонд шлунковий JS, розміри: 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22

<b>№</b>	<b>Технічна вимога замовника</b>	<b>Відповідність (так/ні)</b>
1	Повинен бути призначений для шлункового зондування.	
2	Повинен бути виготовлений з медичного прозорого полівінілхлориду.	
3	Повинен мати гладку поверхню.	
4	Повинен мати закритий атраumaticний дистальний кінець заокругленої форми.	
5	Повинен мати 4 бокові отвори на дистальному кінці	
6	Повинен мати рентгенконтрасну смужку.	
7	Повинен мати кольорове кодування конектора.	
8	Повинен мати розміри: 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22	
9	Повинен мати довжину 1100 мм.	
10	Повинен мати позначки для точного розміщення зонда	
11	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
12	Повинен бути для одноразового використання.	
13	Повинен мати індивідуальне пакування.	