



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua
МФО 351005 п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766 АТ «УкрСиббанк» м. Харків
МФО 328704 п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766 ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH20041-2106

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 03.2021

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції		Амніотомі стерильні одноразового використання			
Модель / тип		Амніотом	Серія	160321	
Нормативні документи		JK 44/06	Кількість зразків	50 шт.	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2021-03-02~2021-03-09	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
5[0 1]	Поверхня	Поверхня повинна бути гладкою, не повинно бути ознак гострого краю, задирок, тощо		Відповідає	Придатний
5[0 1]	Розмір	Розмір повинен відповідати стандарту		Відповідає	Придатний
-	Стерильність	Стерильний		Не містить бактерій	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.