



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua
МФО 351005 п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ - 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704 п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ - 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH20031-2104

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 03.2021

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

| Назва продукції | | Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів стерильний, одноразового використання | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|--|------------------------|-----------|
| Модель / тип | | Розмір: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Серія | 160321 | |
| Нормативні документи | | JK12 / 06-CE.01 | Кількість зразків | 30 шт. | |
| Умови випробувань | | Відповідають вимогам | План відбору зразків | GB/T 2828.1-2012 | |
| Стан зразка | | У гарному стані | Дата перевірки | 2021-02-16~2021-02-23 | |
| План відбору зразків | Назва досліджуваного показника | Технічні вимоги | | Результат випробування | Висновок |
| 5 [0 1] | Позначення розміру та розміри | Позначення розміру | Розмір катетеру визначається його номінальним зовнішнім діаметром, вираженим у мм, якщо для позначення розміру катетера додатково використовується кольоровий код, він повинен відповідати стандартам. | Відповідає | Придатний |
| | | Розміри | Зовнішній діаметр і мінімальний внутрішній діаметр катетерів, виключаючи наконечник, повинні відповідати стандартам. | Відповідає | |
| | Конструкція | Випробування відповідно до методу, наведеного в розділі 6 EN 1733. | Відповідає | | |
| | Вимоги до продуктивності | Випробування відповідно до методу, наведеного в розділі 7 EN 1733. | Відповідає | | |
| | Символи та маркування | Символи та інформація, що надаються з катетерами, повинні бути визначені в EN 980 або ISO 7000. | Відповідає | | |
| — | Стерильність | Стерильний | Відповідає | Придатний | |
| Примітки: | | | | | |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.