



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055

ЄДРПОУ - 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № INTCO-JL-Q071-A0

Виробник: Shandong Intco Medical Products Co., Ltd

No.9888 Qiwan Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, China 262500

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 10.2021

Термін зберігання: 5 років

Назва виробу		Рукавички медичні оглядові JS нестерильні				Дата виготовлення:	2021-10
Замовник:	JS UKRAINE	Матеріал:	Нітрил	Неприпудрені		Термін придатності:	2026-09
Розмір:	S, M, L, XL	Колір:	V-5	Обсяг вибірки:	S:1702, M:2208, L:690, XL:80	Серія	IN221842
Показник			Норма		Результат		
Зовнішній вигляд	Критичний дефект		AQL 1.0		S:0/125 M:0/125 L:0/125 XL:0/80		
	Значний дефект		AQL 2.5		S:0/125 M:0/125 L:0/125 XL:0/80		
	Незначний дефект		AQL 4.0		S:1/125 M:3/125 L:2/125 XL:0/80		
Фізичні властивості		1	2	3	4		
Розмір		S	M	L	XL		
Довжина, мм		242-248	242-248	244	245		
Ширина долоні, мм		86-88	96-99	108	117		
Товщина манжети, мм		0,042-0,047	0,042-0,048	0,042	0,046		
Товщина долоні, мм		0,055-0,062	0,057-0,062	0,058	0,055		
Товщина пальця, мм		0,073-0,096	0,074-0,082	0,073	0,081		
Міцність на розрив, М ра		20,4-29,1	20,7-26,1	21,8	21,2		
Розтягування, %		533-588	519-550	570	559		
Номер випробувального устаткування		INTCO-CLSB-14-018		Номер товщиноміру	INTCO-CLSB-02-001		
Номер електронної машини для випробування на розтягування		INTCO-CLSB-06-001		Номер сталеві лінійки	INTCO-CLSB-20-001		
Висновок:	Відповідає стандартам ASTM D6319 і EN455						
Дата:	2021.11.9						

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.