



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH21020-2119

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 10.2021

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

Назва продукції		Інструменти гінекологічні для забору матеріалу стерильні одноразового використання		
Модель / тип		Щіточка ендоцервікальна тип Б	Серія	201021
Нормативні документи		Q/320700SY 28-2011	Кількість зразків	50 шт
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2021-10-20~2021-10-29
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробування	Висновок
8[1 2]	Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам	Відповідає	Придатна
5[0 1]	Ручка	Поверхня ручки повинна бути гладкою і без сторонніх речовин.	Відповідає	Придатна
8[0 1]	Міцність кріплення голівки	З'єднання між ручкою та голівкою повинно бути міцним і не виявляти жодних ознак роз'єднання, коли до голівки протягом 10 сек прикладається статичне зусилля 5Н, та легко відокремлюватися, якщо протягом 10сек прикладається статичне зусилля 15Н	Відповідає	Придатна
—	Стерильність	Стерильна	Відповідає	Придатна
Примітки		/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.С.