



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH21001/0721

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 01.2021

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції	Шприц інсуліновий 1 мл 100 МО		
Модель / тип	1 мл	Серія	160121
Нормативні документи	ЖК 53/06	Кількість зразків	30 шт
Умови випробувань	Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2003
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2021-01-16~2021-01-25
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробування	Висновок
Зовнішній вигляд	Прозорий, чистий, без задирок і домішок	Відповідає	Придатний
Герметичність поршня	При осьовому натисканні = 60 + 5s: не повинно бути просочування повітря і рідини	Відповідає	
Вістря голки	Повинне бути гострим, не мати рваних країв та задирок	Відповідає	
Розмір	100 одиниць U-100	Відповідає	
Шкала	Шкала чітка, рівна, правильна	Відповідає	
Мастило	Не повинно бути видно крапель або частинок мастила.	Відповідає	
Стерильність	Має бути стерильним	Відповідає	
Остаточна кількість етиленоксиду (ЕО)	Має бути ≤ 5 мг/г	Відповідає	
Примітки	/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.