



ТОВ "Джей Ес Україна", Україна, 65078,
м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501
e-mail: jsukraine@ukr.net
www.jsukraine.com.ua

МФО 328704
Р/Р – 26006054207055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Сертифікат якості № WMH19005-0519

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 05.2019

Термін зберігання: 5 років

Назва продукції	Чашка Петрі	Серія	200519	Дата перевірки	21.05.2019
Модель / тип	Чашка Петрі, розмір 90мм	Стерилізація	20052019	Дата звіту	21.05.2019
Інспекційний стандарт	Q/321284СВВ09-2013		Вибірковий контроль		13 шт
Найменування досліджуваного показника		Технічні вимоги			Результат випробувань
Біологічні показники	Відсутність мікробів	Стерильно			Мікроби відсутні
Фізичні показники	Якість поверхні	При огляді неозброєним оком, на поверхні немає бульбашок повітря, подряпин та будь-яких забруднень			Відповідає
	Розмір	Повинен відповідати стандарту			Відповідає
	Поверхня	Поверхня повинна бути гладкою			Відповідає
	Прозорість	Якщо взяти 10 штук, покласти їх на білий папір з чорним словом та роздивлятися протягом 5 сек з відстані 300 мм неозброєними очима, видимість повинна бути чіткою.			Відповідає
Висновок перевірки: Доведено, що продукція придатна до використання					

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.