



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH20031/0121

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 11.2021

Назва продукції	Джгут венозний		
Стандарт випробування	QB	Серія	251121
Метод відбору зразків	Рандомний	Дата перевірки	2021-11-21
Випробувальні прилади	Прилади вимірювання сили, вимірювачі еластичності		
Випробування:			
Назва досліджуваного показника	Стандарт випробування	Вимоги якості	Результат випробування
Зовнішній вигляд	4.1	Поверхня карабіну повинна бути гладкою, без дефектів. Еластична стрічка повинна бути чистою і гладкою, без дефектів, скручування, пошкоджень тощо.	Відповідає
Розмір і характеристики	4.2	Довжина 40,0см ±1,0см, ширина 2,5см ± 0,1см	Відповідає
Функціональні вимоги	Еластичність	4.3 Ступінь розтягування: 1:1,5 - 1:2,0 Ступінь стиснення: ≥90%.	Відповідає
	Міцність стрічки	4.4 При силі натягу ≥50N протягом 60 сек не повинно бути деформації	Відповідає
	Міцність карабіну	4.5 При силі натягу ≥50N протягом 60 сек карабін не повинен ламатися	Відповідає
Висновок: Кількість продукції - 20000 шт; Випадкова вибірка – 50 шт, Ця партія продукції відповідає вимогам QB.			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.