



Товариство з обмеженою відповідальністю
"Екобінт"
Україна 49000, м. Дніпро
вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. 8(056)731-91-11
www.ecobint.com.ua

Сертифікат якості № 2022-08/10

Ємкість для забору сечі 60 (ml) мл стерильна ТМ "EcoHealth"

ТУ У 22.2-34588794-004:2017 "Вироби полімерні медичні одноразового використання"
Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/25232*

Дата виготовлення:	2022-08	Партія №	010822
Кількість виробів у партії: 30 000 од.			

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ: Використання виробів проводиться у відповідності з інструкцією по медичному використанню.

ТРАНСПОРТУВАННЯ: Вироби можуть транспортуватися будь-яким транспортом, у відповідності з вимогами та правилами перевезення вантажів, які діють на кожному виді транспорту

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Вироби в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатись в закритих чистих приміщеннях, захищених від попадання прямого сонячного проміння, при температурі від +5°C до +40°C і відносній вологості до 80% і за відсутності в повітрі агресивних домішок.

ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ: 5 років від дати виготовлення.

ВИПРОБУВАННЯ

Показники якості	Норми згідно	Результати випробувань
Відповідність виробів конструкторської документації	ТУ У 22.2-34588794-004:2017 п.1.1 п.1.2.1	Відповідає
Основні розміри виробів	ТУ У 22.2-34588794-004:2017 п.1.2.2	Відповідає
Маса виробів	ТУ У 22.2-34588794-004:2017 п.1.2.3	Відповідає
Якість виробів	ТУ У 22.2-34588794-004:2017 п.1.3.1; п.1.3.4	Візуальні дефекти відсутні
Лінії градування та цифрових позначень	ТУ У 22.2-34588794-004:2017 п.1.3.2	Відповідає
Комплектність	Згідно зразку еталону	Відповідає
Нетоксичність	ТУ У 22.2-34588794-004:2017 п.1.3.6	Відповідає
Стерильність	ТУ У 22.2-34588794-004:2017 п.1.3.6	Відповідає
Пакування	ТУ У 22.2-34588794-004:2017 п.1.6	Відповідає
Герметичність споживчої тари	ТУ У 22.2-34588794-004:2017 п.1.6.6	Відповідає
Маса бруutto	ТУ У 22.2-34588794-004:2017 п.1.6.7	Відповідає
Маркування	ДСТУ EN 980	Відповідає

* Документи надаються за вимогою замовника

ВИСНОВОК: Ємкість для забору сечі 60 ml (мл) стерильна ТМ "EcoHealth" відповідає вимогам ТУ У 22.2-34588794-004:2017 "Вироби полімерні медичні одноразового використання".

Заступник директора з якості



М.П.