

**ТОВ "Джей Ес Україна"**

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH 20026-0620

Виробник: Haian Medigauze Co., Ltd

Адреса: Jiaoxie Industry Park, 226633, Haian City, Jiangsu Province, China.

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 09.2020

Термін зберігання: 5 років

Декларація відповідності: № 9.2/2020 від 02.09.2020

Назва продукції	Маска медична захисна		
Модель / тип	17.5*9.5cm	Серія	2020371
Нормативні документи	YY0469-2011	Кількість зразків	60 шт
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2020-09-05~2020-09-07
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування
Поверхня	Зовнішній вигляд повинен бути чистим і правильної форми. Поверхня не повинна бути пошкоджена або забруднена		Відповідає
Розмір	Маска повинна покривати ніс, рот і щелепу власника. Повинна відповідати стандарту.		Відповідає
Носова планка	Маска повинна бути обладнана затискачем для носа з пластичного матеріалу		Відповідає
	Довжина затискача для носа повинна бути ≥ 8.0 cm		
Властивості	Повинна мати низьку питому вагу		Відповідає
	Міцність на розрив у точці з'єднання між кожним поясом маски та корпусом маски повинна бути не менше 10N		Відповідає
Різниця тиску	≤ 49 pa		Відповідає

Ефективність фільтрації частинок	$\geq 30\%$	Відповідає
Ефективність бактеріальної фільтрації	$\geq 95\%$	Відповідає
Вогнетривкість	Після виходу з полум'я маска повинна горіти ≤ 5 с	Відповідає
Проникнення синтетичної крові	Після розбризкування 2мл синтетичної крові на зовнішню сторону маски при тиску 16КПа не повинно бути проникнення на внутрішню сторону маски	Відповідає
Висновок інспекції	Придатний	
Примітки		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Haian Medigauze Co., Ltd

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.