



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH22009-2212

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 09.2022

Термін зберігання: 3 роки

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

Назва продукції		Ранорозширювачі стерильні одноразового використання			
Модель / тип		розмір: В-60/70-150 В-80/90-150 В-120/130-250 В-150/160-250 В-180/190-250 В-220/230-250 В-270/280-250	Серія	160922	
Нормативні документи		Технічні вимоги до виробу	Кількість зразків	5 шт	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	Технічні вимоги до виробу	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2022-09-16~2022-09-23	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
5[0 1]	Поверхня	Внутрішня і зовнішня поверхня складових частин повинна бути гладкою, не повинно бути жодних ознак гострого краю, задирок тощо.		Відповідає	Придатний
	Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам		Відповідає	
	Міцність	Канал може гнучко кривитись або розтягуватися		Відповідає	
—	Стерильність	Стерильний		Відповідає	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.