



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № INTCO-JL-Q071-A2

Виробник: Shandong Intco Medical Products Co., Ltd

No.9888 Qiwang Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, China 262500

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 11.2021

Термін зберігання: 5 років

| Назва виробу | | Рукавички медичні оглядові JS нестерильні | | | | Дата виготовлення: | | 2021-11 | |
|---|------------------|---|---------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|--|----------|--|
| Замовник: | JS UKRAINE | Матеріал: | Нітрил | Неприпудрені | | Термін придатності: | | 2026-11 | |
| Розмір: | S, M, L, XL | Колір: | V-5 | Обсяг вибірки: | S:2500, M:1950, L:150, XL:80 | Серія | | IN224036 | |
| Показник | | | Норма | | Результат | | | | |
| Зовнішній вигляд | Критичний дефект | | AQL 1.0 | | S:0/125 M:0/125 L:0/80 XL:0/80 | | | | |
| | Значний дефект | | AQL 2.5 | | S:0/125 M:0/125 L:0/80 XL:0/80 | | | | |
| | Незначний дефект | | AQL 4.0 | | S:1/125 M:3/125 L:2/80 XL:0/80 | | | | |
| Фізичні властивості | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Розмір | | S | | M | | L | | XL | |
| Довжина, мм | | 242-248 | | 242-248 | | 244 | | 245 | |
| Ширина долоні, мм | | 86-88 | | 96-99 | | 108 | | 117 | |
| Товщина манжети, мм | | 0,042-0,047 | | 0,042-0,048 | | 0,042 | | 0,046 | |
| Товщина долоні, мм | | 0,055-0,062 | | 0,057-0,062 | | 0,058 | | 0,055 | |
| Товщина пальця, мм | | 0,073-0,096 | | 0,074-0,082 | | 0,073 | | 0,081 | |
| Міцність на розрив, М ра | | 20,4-29,1 | | 20,7-26,1 | | 21,8 | | 21,2 | |
| Розтягування, % | | 533-588 | | 519-550 | | 570 | | 559 | |
| Номер випробувального устаткування | | INTCO-CLSB-12-025 | | Номер товщиноміру | | INTCO-CLSB- 02-005 | | | |
| Номер електронної машини для випробування на розтягування | | INTCO-CLSB- 09-045 | | Номер сталеві лінійки | | INTCO-CLSB- 03-020 | | | |
| Висновок: | | Продукція придатна до використання | | | | | | | |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.