



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 328704
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WHM21020/1021

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 10.2021

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

Назва продукції	Сечоприймачі стерильні одноразового використання		
Модель / тип	Сечоприймач дитячий (для хлопчиків) 100 мл	Серія	121021
Нормативні документи	ЖК 19/06	Кількість зразків	30 шт
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2021-10-12~2021-10-19
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування
Зовнішній вигляд	Стінки мішка повинні бути досить прозорі, надписи на мішку повинні добре читатися і надавати повну інформацію; на просвіт мішок повинен бути чистим, гладким, вільним від сторонніх включень.		Відповідає
Міцність	При застосуванні статичної сили 20 Н протягом 15сек жодна деталь виробу не повинна виявляти ознак пошкодження.		Відповідає
Стерильність	Відсутність росту аеробних та анаеробних бактерій при інкубації 35 °С протягом 5 днів після посіву, а також відсутність росту грибків при інкубації 25°С протягом 7 днів після посіву.		Відповідає
Остаточна кількість етиленоксиду	≤10 мг/г.		1.7
Висновок перевірки	Продукція придатна до використання.		
Примітки	/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.



Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.