



ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299  
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»

## Сертифікат якості № WMH21023-1121

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 12.2021

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

Назва продукції		Інструменти гінекологічні для забору матеріалу стерильні одноразового використання			
Модель / тип		Щіточка ендocerвікальна	Серія	181221	
Нормативні документи		Q/320700SY 28-2011	Кількість зразків	50 шт.	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2021-11-18~2021-11-25	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
13[2 3]	Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам		Відповідає	Придатна
20[1 2]	Ручка	Поверхня ручки повинна бути гладкою і без сторонніх речовин.		Відповідає	Придатна
8[0 1]	Щітина	Довжина і колір щітинок голівки повинні бути рівномірними і не містити сторонніх речовин.		Відповідає	Придатна
8[0 1]	Міцність кріплення щітинок	Щітинки повинні міцно триматися і не виявляти жодних ознак від'єднання від щіточки після занурення в стерильне культуральне середовище протягом 7 діб.		Відповідає	Придатна
	Міцність кріплення голівки	З'єднання між рукою та голівкою повинно бути міцним і не виявляти ознак роз'єднання, коли до голівки протягом 10 сек прикладається статичне зусилля 10 Н.		Відповідає	
—	Стерильність	Стерильна		Відповідає	Придатна
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.