



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ - 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH23014-2322

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 05.2023

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

Назва продукції		Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів стерильний, одноразового використання			
Модель / тип		Розмір: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	Серія	160523	
Нормативні документи		JK12 / 06-CE.01	Кількість зразків	30 шт.	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2023-05-16~2023-05-23	
План відбору у зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
5[01]	Позначення розміру та розміри	Позначення розміру	Розмір катетеру визначається його номінальним зовнішнім діаметром, вираженим у мм, якщо для позначення розміру катетера додатково використовується кольоровий код, він повинен відповідати стандартам.	Відповідає	Придатний
		Розміри	Зовнішній діаметр і мінімальний внутрішній діаметр катетерів, виключаючи наконечник, повинні відповідати стандартам.	Відповідає	
	Конструкція	Випробування відповідно до методу, наведеного в розділі 6 EN 1733.	Відповідає		
	Вимоги до продуктивності	Випробування відповідно до методу, наведеного в розділі 7 EN 1733.	Відповідає		
	Символи та маркування	Символи та інформація, що надаються з катетерами, повинні бути визначені в EN 980 або ISO 7000.	Відповідає		
—	Стерильність	Стерильний	Відповідає	Придатний	

Примітки:

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.