



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH123007-2316

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 05.2023

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

| Назва продукції | | Катетер урологічний типу Нелатона жіночий стерильний, одноразового використання | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------|
| Модель / тип | | Розмір: 6, 8, 12, 14, 18 | Серія | 160523 | |
| Нормативні документи | | ЖК10 / 06 | Кількість зразків | 30 шт. | |
| Умови випробувань | | Відповідають вимогам | План відбору зразків | GB/T 2828.1-2012 | |
| Стан зразка | | У гарному стані | Дата перевірки | 2023-05-16~2023-05-23 | |
| План відбору зразків | Назва досліджуваного показника | Технічні вимоги | | Результат випробування | Висновок |
| 5[0 1] | Розмір | Розмір катетеру визначається його номінальним зовнішнім діаметром, вираженим у мм, з точністю до 0,1мм. Допуски до зазначеного розміру повинні становити 0,33мм. | | Відповідає | Придатний |
| | Довжина | 200 мм | | Відповідає | |
| | Міцність | При випробуванні відповідно до методу, наведеного в GB/T 2828.1-2012, ані кінчик, ані конектор не повинні відриватися від трубки, а трубка не повинна виявляти жодних ознак пошкодження. | | Відповідає | |
| | Надійність конектора | При випробуванні відповідно до методу, наведеного в GB/T 2828.1-2012, конектор не повинен відходити від випробувального з'єднувача. | | Відповідає | |
| | Символи та маркування | Символи та інформація, що надаються з катетерами, повинні бути визначені в EN 980 та prEN 1041 | | Відповідає | |
| 20[3 4] | Зовнішній вигляд | Коли катетер готовий до використання (наприклад, обробляється згідно з інструкціями виробника) і досліджується нормальним або відрегульованим до нормального зором при 2,5-кратному збільшенні, поверхня трубки, конектору та отворів повинні бути вільними від сторонніх речовин. | | Відповідає | Придатний |
| — | Стерильність | Стерильний | | Відповідає | Придатний |
| Примітки | | / | | | |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.