



**ТОВ "Джей Ес Україна"**  
 Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
 т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299  
 п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766  
 ПАТ КБ «Приватбанк»

## Сертифікат якості № WMH22007-2306

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 11.2022

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

Назва продукції		Набір гінекологічний, комплектація 8 стерильний, одноразового використання			
Модель / тип		№ 8-М	Серія	151122	
Нормативні документи		JK57/06	Кількість зразків	50 шт	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2022-11-15~2022-11-22	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
5[0 1]	Дзеркало гінекологічне	Поверхня	Внутрішня і зовнішня поверхня складових частин повинна бути гладкою, не повинно бути жодних ознак гострого краю, задирок тощо.	Відповідає	Придатне
		Міцність	Коли на точку, розташовану на відстані 20мм від торця зовнішнього корпусу, застосовується статичне навантаження 30Н, будь-які компоненти дзеркала не повинні виявляти ознак зламу.	Відповідає	
8[1 2]		Розмір	Висота, ширина і глибина стулочок, а також ширина поля огляду і довжина ручок повинні відповідати стандарту	Відповідає	
		Відхилення	Відхилення торців обох стулочок має бути не більше 2 мм.	Відповідає	
13[2 3]	Щіточка ендоцервікаль на тип Д	Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам	Відповідає	Придатна
20[1 2]		Ручка	Поверхня ручки повинна бути гладкою і без сторонніх речовин.	Відповідає	

8[0 1]		Міцність кріплення голівки	З'єднання між ручкою та голівкою повинно бути міцним і не виявляти жодних ознак роз'єднання, коли до голівки прикладається статична сила 2Н протягом 10сек, та легко відокремлюватися при статичній силі 18Н протягом 10сек.	Відповідає	
8[1 2]	Пелюшка одноразова	Поверхня	На поверхні не повинно бути пилу, задирок, домішок тощо.	Відповідає	Придатна
		Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам	Відповідає	
20[1 2]		Запах	Не повинно бути жодного явного запаху	Відповідає	
8[1 2]	Бахіли	Поверхня	На поверхні не повинно бути пилу, задирок, домішок тощо. Колір повинен бути рівномірним	Відповідає	Придатні
		Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам	Відповідає	
20[1 2]		Щільність	Щільність має бути рівномірною	Відповідає	
13[1 2]	Скло предметне	Поверхня	Повинне відповідати вимогам Q/320700SY78-2010	Відповідає	Придатне
20[1 2]	Рукавички оглядові	Герметичність	Повинна відповідати вимогам	Відповідає	Придатні
13[1 2]		Зовнішній вигляд	Лиття має бути інтегрованим, а пластифікація та колір внутрішньої та зовнішньої поверхонь повинні бути рівномірними. Не повинно бути чорних плям і сторонніх речовин.	Відповідає	
		Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам	Відповідає	
		Міцність на розрив	Повинна відповідати вимогам	Відповідає	
—	Набір гінекологічний	Стерильність	Стерильний	Відповідає	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.