



ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299  
п/р UAS3305299000026002004903502

ЄДРПОУ - 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»

## Сертифікат якості № INTCO-JL-Q071-A2

Виробник: Shandong Intco Medical Products Co., Ltd  
No.9888 Qiawang Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, China 262500  
Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: [jsukraine@ukr.net](mailto:jsukraine@ukr.net)  
Дата виготовлення: 07.2023  
Термін зберігання: 5 років

Назва виробу		Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені				Дата виготовлення:		2023-07					
Замовник:	JS UKRAINE	Матеріал	Нітрил		Неприпудрені		Серія	IN23017486					
Розмір:	S, M, L, XL	Колір	Блакитний		Відповідність	S:300, M:400, L:300	Кількість зразків	30 упаковок					
Показник			Норма				Результат						
Зовнішній вигляд	Критичний дефект		AQL 1.0				S:0/80 M:0/80 L:0/80						
	Значний дефект		AQL 2.5				S:0/80 M:0/80 L:0/80						
	Незначний дефект		AQL 4.0				S:0/80 M:3/80 L:0/80						
Тест на крапковий отвір			AQL 1.5				S:0/80 M:0/80 L:0/80						
Підрахунок			AQL 6.5				S:0/8 M:0/8 L:0/8						
Фізичні властивості	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розмір	S	S	S	S	M	M	M	M	M	L	L	L	L
Вага, г	3.12	3.1	3.11	3.15	3.27	3.28	3.33	3.29	3.31	3.84	3.93	3.94	4.03
Довжина, мм	248	247	242	246	244	244	245	244	245	253	253	257	255
Ширина долоні, мм	85	85	86	85	97	97	97	98	98	109	109	109	109
Товщина манжети, мм	0.057	0.052	0.049	0.052	0.052	0.052	0.049	0.049	0.05	0.049	0.049	0.052	0.051
Товщина долоні, мм	0.069	0.063	0.063	0.063	0.058	0.056	0.058	0.057	0.058	0.058	0.061	0.067	0.066
Товщина пальця, мм	0.076	0.091	0.086	0.085	0.089	0.103	0.087	0.099	0.092	0.102	0.104	0.105	0.094
Розтягування %	530	535	529	570	556	538	510	517	505	509	563	552	541
Сила, N	6.4	6.4	6.1	6.5	6.2	6.3	6.1	6.1	6.0	6.3	7.0	6.5	6.8
Внутрішня коробка		Відповідає				Зовнішній корпус				Відповідає			
Обладнання для тестування отворів		INTCO-CLSB-12-025				Номер товщиноміру				INTCO-CLSB- 02-005			

Електронний баланс	INTCO-CLSB-09-045	Номер електронної машини для випробування на розтягування	INTCO-CLSB-10-005	Номер сталевий лінійки	INTCO-CLSB-03-020
Висновок	Інспектор		Дата	Перевірів	Дата
Продукція придатна до використання	Цзя Веньтін		20230814	Цзя Шуфен	20230814

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.