



ТОВ "Джей Ес Україна"

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299

п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766

ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № INTCO-JL-Q071-A2

Виробник: Shandong Intco Medical Products Co., Ltd

No.9888 Qiawang Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, China 262500

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 07.2023

Термін зберігання: 5 років

Назва виробу		Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені						Дата виготовлення:		2023-07				
Замовник:	JS UKRAINE	Матеріал	Нітрил			Неприпудрені			Серія		IN23017486			
Розмір:	S, M, L, XL	Колір	Фіолетовий			Відповідність	S:950, M:1200, L:950		Кількість зразків		30 упаковок			
Показник			Норма						Результат					
Зовнішній вигляд	Критичний дефект		AQL 1.0						S:0/125 M:0/125 L:0/125					
	Значний дефект		AQL 2.5						S:0/125 M:0/125 L:0/125					
	Незначний дефект		AQL 4.0						S:5/125 M:6/125 L:5/125					
Тест на крапковий отвір			AQL 1.5						S:0/125 M:0/125 L:1/125					
Підрахунок			AQL 6.5						S:0/8 M:0/8 L:0/8					
Фізичні властивості	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Розмір	S	S	S	S	M	M	M	M	M	L	L	L	L	
Вага, г	2.85	2.99	2.98	2.88	3.06	3.12	3.07	3.05	3.01	3.32	3.34	3.38	3.4	
Довжина, мм	249	248	250	252	246	244	250	247	246	245	245	245	245	
Ширина долоні, мм	87	86	87	85	96	96	95	98	97	108	107	106	107	
Товщина манжети, мм	0.048	0.05	0.052	0.051	0.049	0.051	0.052	0.049	0.05	0.05	0.047	0.049	0.05	
Товщина долоні, мм	0.063	0.062	0.063	0.067	0.06	0.059	0.063	0.062	0.062	0.059	0.058	0.056	0.065	
Товщина пальця, мм	0.097	0.096	0.1	0.098	0.084	0.088	0.093	0.09	0.089	0.081	0.085	0.075	0.088	
Розтягування %	544	541	528	530	510	515	539	574	566	562	509	573	558	
Сила, N	6.7	6.5	6.6	6.3	6.4	6.9	6.3	6.4	6.9	6.5	6.5	6.8	7.3	
Внутрішня коробка		Відповідає						Зовнішній корпус			Відповідає			
Обладнання для тестування отворів		INTCO-CLSB-12-025						Номер товщиноміру			INTCO-CLSB- 02-005			

Електронний баланс	INTCO-CLSB-09-045	Номер електронної машини для випробування на розтягування	INTCO-CLSB-10-005	Номер сталевий лінійки	INTCO-CLSB-03-020
Висновок	Інспектор		Дата	Перевірів	Дата
Продукція придатна до використання	Цзя Веньтін		20230814	Цзя Шуфен	20230814

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.