



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЕДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH23018-2326

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 09.2023

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

| Назва продукції | | Інструменти гінекологічні для забору матеріалу стерильні одноразового використання | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------------------|-----------|
| Модель / тип | | Зонд уrogenітальний ультра | Серія | 120923 | |
| Нормативні документи | | JK89 / 06 | Кількість зразків | 50 шт | |
| Умови випробувань | | Відповідають вимогам | План відбору зразків | GB/T 2828.1-2012 | |
| Стан зразка | | У гарному стані | Дата перевірки | 2023-09-12~2023-09-19 | |
| План відбору зразків | Назва досліджуваного показника | Технічні вимоги | | Результат випробування | Висновок |
| 20 [12] | Розмір | Основні розміри повинні відповідати вимогам. | | Відповідає | Придатний |
| 13 [2 3] | Зовнішній вигляд | Поверхня ручки повинна бути гладкою і без сторонніх речовин. Довжина і колір ворсинок на голівці зонду повинні бути рівномірними і не містити сторонніх речовин, матеріал робочої частини- дакрон | | Відповідає | Придатний |
| - | Стерильність | Стерильний | | Відповідає | Придатний |
| Примітки | | / | | | |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.