



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH23011-2320

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 06.2023

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

Назва продукції		Інструменти гінекологічні для забору матеріалу стерильні одноразового використання			
Модель / тип		Зонд-тампон	Серія	180623	
Нормативні документи		JK28/06-ID	Кількість зразків	50 шт	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	JK28/06-ID	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2023-06-18~2023-06-23	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
5[0 1]	Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам		Відповідає	Придатний
5[0 1]	Зовнішній вигляд	При візуальному розгляді, головка зонд-тампона повинна бути білою поролоновою губкою, а ручка повинна бути повністю сформованою, без явних дефектів, таких як ямки на поверхні. Губка робочої частини не повинна мати запаху або стискатися, а також не повинно бути витікання клею в місці склеювання.		Відповідає	Придатний
5[0 1]	Упаковка	При візуальному огляді внутрішньої та зовнішньої поверхні індивідуальної упаковки, повинні бути відсутні явні сторонні предмети. Дата виробництва (номер партії) та термін придатності повинні бути чітко надруковані.		Відповідає	Придатний
-	Стерильність	Стерильно		Відповідає	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.