



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH-24001/2408

Виробник: JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 03.2024

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

Назва продукції	Голки для забору крові стерильні одноразового використання		
Модель / тип	розмір 0,7 (22G); 0,8 (21G); 0,9 (20G)	Серія	160324
Нормативні документи	YZB/GUO 3896-2010	Кількість зразків	100 шт
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2024-03-16~2024-03-23
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробування	Висновок
Поверхня	Поверхня повинна бути гладкою, вільною від сторонніх включень, без задирок та шорсткостей.	Відповідає	Придатна
Пропускна здатність	При випробуванні згідно з додатком А.4 при тиску 20 кПа вимірний потік не повинен бути нижче зазначеного в таблиці 1.	Відповідає	Придатна
Голка	Повинна бути гострою і не мати рваних країв, задирок і гачків тощо	Відповідає	Придатна
	Повинна мати хорошу жорсткість і міцність	Відповідає	Придатна
	Розмір має відповідати вимогам	Відповідає	Придатна
Гумова мембрана	Повинна мати хорошу герметичність і при випробуванні згідно з А.1 не повинна виявляти ознак протікання.	Відповідає	Придатна
Змащення	На поверхні голки не утворюються краплі	Відповідає	Придатна
Захисний ковпачок	Не повинен спадати сам по собі, при цьому його легко зняти.	Відповідає	Придатна
Стерильність	Стерильна	Відповідає	Придатна
Пірогенність	Апірогенна	Відповідає	
Примітки	/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.