



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH23021-2332

Виробник: JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 10.2023

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

Назва продукції		Катетери для годування стерильні одноразового використання		
Модель / тип		Катетер для годування, розмір 6, 8, 10	Серія	191023
Нормативні документи		JK49 / 06	Кількість зразків	30 шт
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2023-10-19~2023-10-26
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробування	Висновок
5[0 1]	Міцність	При випробуванні відповідно до EN 1618: 1997, додаток В, катетер повинен витримувати лінійне розтягуюче зусилля без розриву: а) 5Н для катетерів зовнішнього діаметра 2мм або менше; або б) 15Н для катетерів зовнішнього діаметру більше 2мм.	Відповідає	Придатний
	Розмір	Повинен відповідати вимогам, наведеним у JK49/02.	Відповідає	
	Протікання	Перед випробуванням на витік рідини всі отвори повинні бути запечатані. Після цього катетер випробується під тиском води до 20 кПа. Катетер для годування повинен бути випробуваний, як описано в EN 1618: 1997, додаток С. Усі частини катетеру не повинні протікати через 30сек.	Відповідає	
8[1 2]	Поверхня	Повинна бути гладкою і без сторонніх речовин	Відповідає	Придатний
—	Стерильність	Стерильний	Відповідає	Придатний
Примітки /				

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.