



ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299  
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»

## Сертифікат якості № WMH24006-2416

**Виробник:** JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

**Уповноважений представник:** ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: [jsukraineod@gmail.com](mailto:jsukraineod@gmail.com)

Дата виготовлення: 05.2024

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

| Назва продукції      |                                | Набори отоларингологічні стерильні одноразового використання |  |                        |           |
|----------------------|--------------------------------|--|--|------------------------|-----------|
| Модель / тип         |                                | Набір отоларингологічний, комплектація 1                     | Серія  | 160524                 |           |
| Нормативні документи |                                | JK69/06  | Кількість зразків  | 50 шт                  |           |
| Умови випробувань    |                                | Відповідають вимогам   | План відбору зразків   | GB/T 2828.1-2012       |           |
| Стан зразка          |                                | У гарному стані  | Дата перевірки   | 2024-05-16~2024-05-23  |           |
| План відбору зразків | Назва досліджуваного показника | Технічні вимоги  |  | Результат випробування | Висновок  |
| 13[1 2]              | Воронка вушна (Ø 4 мм)         | Поверхня   | Поверхня повинна бути гладкою і без сторонніх речовин  | Відповідає             | Придатний |
|                      |                                | Розмір   | Основні розміри повинні відповідати вимогам  | Відповідає             |           |
| 13[1 2]              | Воронка вушна (Ø 4,6 мм)       | Поверхня   | Поверхня повинна бути гладкою і без сторонніх речовин  | Відповідає             | Придатний |
|                      |                                | Розмір   | Основні розміри повинні відповідати вимогам  | Відповідає             |           |
| 13[1 2]              | Дзеркало носове                | Поверхня   | Поверхня повинна бути гладкою, не повинно бути гострих країв, задирок тощо.  | Відповідає             | Придатний |
|                      |                                | Заклепка   | На поверхні не повинно бути гострих країв, задирок тощо, і вона повинна добре співпрацювати з ручкою.  | Відповідає             |           |
| 5[0 1]               | Дзеркало носове                | Міцність   | Якщо статична сила 20 Н прикладається до однієї ручки протягом 30 сек, кожна частина дзеркала носового не повинна виявляти жодних ознак несправності чи розламу. | Відповідає             | Придатний |
|                      |                                | Експлуатаційні властивості                                   | Дзеркало має бути зручним при закритті, відхилення голівки має бути менше 1 мм   | Відповідає             |           |
| 13[1 2]              | Шпатель отоларингологі         | Поверхня   | Повинен бути гладким і без видимих домішок, сторонніх речовин або вузлів   | Відповідає             | Придатний |

|          | чний      | Розмір       | Основні розміри повинні відповідати вимогам | Відповідає |           |
|----------|-----------|--------------|---|------------|-----------|
| —        | ЛОР набір | Стерильність | Стерильний                                  | Відповідає | Придатний |
| Примітки |           | /            |   |            |           |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.