



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № B202408001

Виробник: Fitone Latex Products Co., Ltd. Guangdong
No.5 Tongyi Road, Lingbei Industrial Zone, Suixi, 524338, Zhanjiang, Guangdong,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",
адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340;
e-mail: jsukraineod@gmail.com

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.562-23 від 19 жовтня 2023 р.

Назва продукції		Презерватив з натурального латексу для ультразвукового дослідження							
Бренд	JS	Тип	Без лубриканту			Серія	260824		
Дата виробництва		240826	Придатний до		290825	Кількість зразків		1357	
Температура проведення аналізу			26-28 °C			Відбір зразків		7/вер/24	
Дата перевірки		7/вер/23 - 21/вер/24			Звіт		21/вер/24		
Стандарт		1. Вимоги до фізичних властивостей: YUE ZHAN XIE BEI №.20220002 2. ISO 4074:2015 (фізичні властивості продукту) 3. Фармакопея КНР Видання 2020 року, частина 4 Загальне правило 1101 Метод стерилізації та огляду				Зразок за		Qingxia Zhou	
Тест		Стандартні значення	Параметри якості			Результат тестування			
			AQL	AC	RE	Результат	Кількість зразків	Кількість не-кваліфікованих	AQL
Розмір	Довжина (мм)	≥160				162 - 168	13	0	Пройшов
	Ширина (мм)	42±2				40,0 - 40,5		0	
	Товщина (мм)	0,07±0,015				0,075 - 0,082		0	
До штучного старіння	Тиск на розрив (кПа)	≥1.0	1.5	7	8	1.20 - 1.95	200	0	<1.5
	Об'єм розриву (дм ³)	≥13				17.0 - 32.0		1	
Після штучного	Тиск на розрив (кПа)	≥1.0	1.5	7	8	1.05 - 1.85	200	0	<1.5

старіння	Об'єм розриву (дм ³)	≥13			16.5 - 31.0		0	
Крапкові отвори	До штучного старіння	0.25	0	0		200	0	<0.25
	Після штучного старіння	0.25	0	0		200	0	<0.25
Помітні порушення цілісності упаковки		0.4	0	0		200	0	<0.40
Помітні дефекти		0.4	0	0			0	<0.40
Цілісність пакування	До штучного старіння	2.5	2	3		32	0	<2.5
	Після штучного старіння	2.5	2	3		32	0	<2.5
Пакування та маркування		Повинен відповідати споживчій тарі			Зразок 13 індивідуальних упаковок та 13 коробок відповідають стандартним вимогам			
Стерилізація	Перевірка на відсутність бактерій	Не виявлено			20	0	Пройшов	
Висновок	Наведені вище тестові елементи відповідають стандартним вимогам							
Зауваження	Розтягнення та подовження не є обов'язковими згідно з ISO 4074:2015							

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Fitone Latex Products Co., Ltd. Guangdong

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.