



ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299  
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»

## Сертифікат якості № WMH23026-2401

**Виробник:** JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

**Уповноважений представник:** ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: [jsukraineod@gmail.com](mailto:jsukraineod@gmail.com)

Дата виготовлення: 01.2024

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

Назва продукції		Проктоскопи стерильні одноразового використання			
Модель / тип		<b>Проктоскоп, розмір 22</b>	Серія	160124	
Нормативні документи		Q/320700SY33-2011	Кількість зразків	50 шт	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2024-01-16~2024-01-23	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
8[1 2]	Розмір	Основні розміри повинні відповідати стандарту		Відповідає	Придатний
	Поверхня	Внутрішня і зовнішня поверхня складових частин повинна бути гладкою, не повинно бути жодних ознак гострого краю, задирок тощо.		Відповідає	
	Взаємодія	Роз'єм джерела світла та зовнішній корпус повинні щільно взаємодіяти, а зовнішній корпус не повинен мати явних тріщин		Відповідає	
	Міцність	Коли на точку, розташовану на відстані 20 мм від торця зовнішнього корпусу, застосовується статичне навантаження 30Н протягом 15 сек, жодна деталь не повинна виявляти ознак зламу.		Відповідає	
5[0 1]	Координація	Внутрішня трубка повинна ковзати і гнучко координуватись із зовнішньою трубкою. Відхилення їх має бути не більше 0,6 мм. Внутрішня трубка не повинна сповзати із зовнішньої трубки, її легко витягнути, а сила тяги має бути $\leq 15\text{N}$		Відповідає	Придатний
—	Стерильність	Стерильний		Відповідає	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.