



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № INTCO-JL-Q071-A2

Виробник: Shandong Intco Medical Products Co., Ltd

No.9888 Qiwang Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, China 262500

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 05.2024

Термін зберігання: 5 років

Назва виробу		Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені						Дата виготовлення:		2024-05				
Замовник:	JS UKRAINE	Матеріал	Нітрил			Неприпудрені			Серія		IN24004824			
Розмір:	S, M, L, XL	Колір	Чорний			Відповідність	S:100, M:100, L:100		Кількість зразків		30 упаковок			
Показник				Норма				Результат						
Зовнішній вигляд	Критичний дефект			AQL 1.0				S:0/80 M:0/80 L:0/80						
	Значний дефект			AQL 2.5				S:0/80 M:0/80 L:0/80						
	Незначний дефект			AQL 4.0				S:0/80 M:3/80 L:0/80						
Тест на крапковий отвір				AQL 1.5				S:0/80 M:0/80 L:0/80						
Підрахунок				AQL 6.5				S:0/8 M:0/8 L:0/8						
Фізичні властивості	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Розмір	S	S	S	S	M	M	M	M	M	L	L	L	L	
Вага, г	3.66	3.68	3.7	3.65	3.9	3.88	3.92	3.95	3.91	4.35	4.33	4.4	4.45	
Довжина, мм	248	247	242	246	244	244	245	244	245	253	253	257	255	
Ширина долоні, мм	85	85	86	85	97	97	97	98	98	109	109	109	109	
Товщина манжети, мм	0.067	0.062	0.059	0.062	0.062	0.061	0.059	0.06	0.061	0.055	0.057	0.059	0.061	
Товщина долоні, мм	0.067	0.061	0.063	0.063	0.062	0.066	0.068	0.057	0.058	0.058	0.061	0.067	0.066	
Товщина пальця, мм	0.096	0.098	0.086	0.088	0.099	0.103	0.089	0.099	0.092	0.102	0.104	0.105	0.094	
Розтягування %	530	535	529	570	556	538	510	517	505	509	563	552	541	
Сила, N	6.3	6.2	6.1	6.5	6.2	6.3	6.1	6.2	6.0	6.3	7.0	6.5	6.8	
Внутрішня коробка		Відповідає					Зовнішній корпус			Відповідає				
Обладнання для тестування отворів		INTCO-CLSB-12-025					Номер товщиноміру			INTCO-CLSB- 02-005				

Електронний баланс	INTCO-CLSB-09-045	Номер електронної машини для випробування на розтягування	INTCO-CLSB-10-005	Номер сталевих лінійки	INTCO-CLSB-03-020
Висновок		Інспектор	Дата	Перевірив	Дата
Продукція придатна до використання		Цзя Веньтін	2024-05-29	Цзя Шуфен	2024-05-29

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.