



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № INTCO-JL-Q071-A2

Виробник: Shandong Intco Medical Products Co., Ltd
No.9888 Qiwang Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, China 262500
Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net
Дата виготовлення: 09.2024
Термін зберігання: 5 років

Назва виробу		Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені						Дата виготовлення:		2024-09				
Замовник:	JS UKRAINE	Матеріал	Нітрил			Неприпудрені			Серія		IN24012224			
Розмір:	S, M, L, XL	Колір	Фіолетовий			Відповідність	S:1900, M:1900, L:400		Кількість зразків		30 упаковок			
Показник				Норма				Результат						
Зовнішній вигляд	Критичний дефект			AQL 1.0				S:0/125 M:0/125 L:0/125						
	Значний дефект			AQL 2.5				S:0/125 M:0/125 L:0/125						
	Незначний дефект			AQL 4.0				S:5/125 M:6/125 L:5/125						
Тест на крапковий отвір				AQL 1.5				S:0/125 M:0/125 L:1/125						
Підрахунок				AQL 6.5				S:0/8 M:0/8 L:0/8						
Фізичні властивості	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Розмір	S	S	S	S	M	M	M	M	M	L	L	L	L	
Вага, г	2.85	2.99	2.98	2.88	3.06	3.12	3.07	3.05	3.01	3.32	3.34	3.38	3.4	
Довжина, мм	249	248	250	252	246	244	250	247	246	245	245	245	245	
Ширина долоні, мм	87	86	87	85	96	96	95	98	97	108	107	106	107	
Товщина манжети, мм	0.048	0.05	0.052	0.051	0.049	0.051	0.052	0.049	0.05	0.05	0.047	0.049	0.05	
Товщина долоні, мм	0.063	0.062	0.063	0.067	0.06	0.059	0.063	0.062	0.062	0.059	0.058	0.056	0.065	
Товщина пальця, мм	0.097	0,096	0.1	0.098	0.084	0.088	0.093	0.09	0.089	0.081	0.085	0.075	0.088	
Розтягування %	544	541	528	530	510	515	539	574	566	562	509	573	558	
Сила, N	6.7	6.5	6.6	6.3	6.4	6.9	6.3	6.4	6.9	6.5	6.5	6.8	7.3	
Внутрішня коробка		Відповідає					Зовнішній корпус			Відповідає				
Обладнання для тестування отворів		INTCO-CLSB-12-015					Номер товщиноміру			INTCO-CLSB- 02-005				

Електронний баланс	INTCO-CLSB-09-045	Номер електронної машини для випробування на розтягування	INTCO-CLSB-10-005	Номер сталевих лінійки	INTCO-CLSB-03-046
Висновок		Інспектор	Дата	Перевірив	Дата
Продукція придатна до використання		Цзя Веньтін	2024.10.15	Цзя Шуфен	2024.10.15

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.