



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WHM24009-0324

Виробник: JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 05.2024

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

Назва продукції	Сечоприймачі стерильні одноразового використання		
Модель / тип	Сечоприймач 2000 мл зі зливним клапаном та з'єднувальною трубкою 90 см	Серія	180524
Нормативні документи	ЖК 19/06	Кількість зразків	30 шт
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2024-05-18~2024-05-25
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування
Зовнішній вигляд	Адаптер повинен бути достатньо жорстким і гладким, без сторонніх речовин. До адаптеру повинен бути захисний ковпачок.		Відповідає
	Трубка повинна бути прозорою, гнучкою і не мати дефектів, таких як задирки, плями, подряпини тощо.		
	Стінки мішка повинні бути досить прозорі, друк на мішку повинен бути чітким та розбірливим; на просвіт мішок повинен бути чистим, гладким, вільним від сторонніх включень.		
Випускний клапан і зворотний клапан	Випускний клапан повинен бути у справному стані після безперервної роботи щонайменше 20 разів; рідина не повинна просочуватися із зворотного клапана, якщо перевернути мішок.		Відповідає
Міцність	При застосуванні статичної сили 30 Н протягом 15 сек жодна деталь виробу не повинна виявляти ознак пошкодження.		Відповідає
Стерильність	Відсутність росту аеробних та анаеробних бактерій при інкубації 35 °С протягом 5 днів після посіву, а також відсутність росту грибків при інкубації 25°С протягом 7 днів після посіву.		Відповідає
Остаточна кількість етиленоксиду	≤10 мг/г.		2.1
Висновок перевірки	Продукція придатна до використання.		
Примітки	/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.