



ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299  
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»

## Сертифікат якості № WMH-24015/0524

**Виробник:** JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

**Уповноважений представник:** ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: [jsukraineod@gmail.com](mailto:jsukraineod@gmail.com)

Дата виготовлення: 08.2024

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

Назва продукції	<b>Шпатель отоларингологічний дерев'яний (стерильний, одноразового використання)</b>		
Модель / тип	150×18×1.6 мм	Серія	170824
Нормативні документи	Q/320700 SY30-2005	Кількість зразків	50 шт
Умови випробувань	Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2003
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2024-08-17~2024-08-24
<b>Назва досліджуваного показника</b>	<b>Технічні вимоги</b>	<b>Результат випробування</b>	<b>Висновок</b>
Зовнішній вигляд	Виріб, виготовлений з березового дерева, має бути гладким, з рівними бічними поверхнями, напівкруглими торцевими краями.	Відповідає	Придатний
Розмір	Розмір відповідно до стандарту 150×18×1,6мм.	Відповідає	Придатний
Стерильність	Стерильний	Відповідає	Придатний
Примітки	/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.