



ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299  
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»

## Сертифікат якості № WMH23021-2332

**Виробник:** JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

**Уповноважений представник:** ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 10.2023

Термін зберігання: 5 років

Назва продукції	Скло предметне зі шліфованими краями з одною смугою з одного боку		
Модель / тип	7101, 7102, 7105	Серія	221023
Нормативні документи	ІВ/Т 8230.3-1997	Кількість зразків	30 шт
План відбору зразків	Q/320700 SY30-2005	Дата перевірки	2023-10-22~2023-10-24
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробування	Висновок
Розмір	Довжина, ширина і товщина повинні відповідати стандарту.	Відповідає	Придатне
Зовнішній вигляд	Повинне бути безбарвним і прозорим, край може здаватися зеленуватим. Поверхня та краї повинні бути гладкими, чистими та без видимих сторонніх речовин, подряпин, помутніння тощо. Повинне мати з одного боку матову смугу (поле) для запису	Відповідає	Придатне
Властивості	Стекла не повинні бути вологими і склеюватися.	Відповідає	Придатне
Примітки	/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.