



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості

Виробник: SteriLance Medical (Suzhou) Inc.

No.168 PuTuoShan Road, New District, 215153 Suzhou, Jiangsu, P.R. China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +38 094 9547340, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 03.2024

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.415-21 від 03 вересня 2021 р.

| Назва продукції : | Одноразові захищені ланцети | Серія | 180324 | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------|-----|-----------|-------|-------|---------------|------------------------|
| Специфікація/ Колір : | Ланцет захищений розмір 18G (1.8мм глибина) / зелений | | | | | | | | |
| Стандарт | QS-0613-402 Стандарт якості одноразових захищених ланцетів для внутрішнього контролю | Дата перевірки | 23/04/24 | | | | | | |
| Кількість | 200 000 шт /200 уп | Перевірка | ZS202110002-2 | | | | | | |
| № | Назва досліджуваного показника | Технічні вимоги | Рівень | AQL | Кількість | Ac AT | Re AT | Кількість NC* | Результат випробування |
| 1 | Етикетки | Всі продукти повинні відповідати етикеткам. Включаючи опис продуктів, номер партії, кількість та термін придатності. | S-2 | 1.0 | 13 | 0 | 1 | 0 | Відповідає |
| 2 | Стан складання | Хороший стан, зовнішній вигляд збірки, без тріщин, без отворів, без поломок. | S-2 | 1.0 | 13 | 0 | 1 | 0 | Відповідає |
| 3 | Функція стрільби | Добре стріляють. | S-2 | 2.5 | 20 | 1 | 2 | 0 | Відповідає |
| 4 | Відкрита довжина | 1.8 ±0.40mm | S-2 | 2.5 | 20 | 1 | 2 | 0 | Відповідає |
| 5 | Втягнення | Голка втягнута після пострілу. | S-2 | 2.5 | 20 | 1 | 2 | 0 | Відповідає |
| 6 | Функція одноразового використання | Одноразові функції випалу. | S-2 | 2.5 | 20 | 1 | 2 | 0 | Відповідає |
| 7 | Зовнішній вигляд | Колір правильний і відповідає необхідним. Без спалаху. | S-4 | 4.0 | 80 | 7 | 8 | 0 | Відповідає |
| 8 | Чистота | Чистий, без бруду, без плям, без жиру, без волосків, без забруднень. | S-4 | 4.0 | 80 | 7 | 8 | 0 | Відповідає |
| 9 | Упаковка | Маркований, правильний і розбірливий друк, правильна кількість та матеріал | S-4 | 4.0 | 80 | 7 | 8 | 0 | Відповідає |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | упаковки. | | | | | | | | |
| Висновок | Відповідати стандарту QS-0613-402 Одноразові безпечні ланцети внутрішніх стандартів контролю якості | | | | | | | | |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - SteriLance Medical (Suzhou) Inc.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.

