



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості

Виробник: SteriLance Medical (Suzhou) Inc.

No.68 Litanghe Road, Xiangcheng, Suzhou 215133, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 09.2021

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.415-21 від 03 вересня 2021 р.

Назва продукції :		Одноразові захищені ланцети			Серія		180921		
Специфікація/ Колір :		Ланцет захищений розмір 18G (1.8мм глибина) / зелений							
Стандарт		QS-0613-402 Стандарт якості одноразових захищених ланцетів для внутрішнього контролю			Дата перевірки		18/09/21		
Кількість		200 000 шт /200 уп			Перевірка		ZS202110002-2		
№	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Рівень	AQL	Кількість	Ac	Re	Кількість NC*	Результат випробування
1	Етикетки	Всі продукти повинні відповідати етикеткам. Включаючи опис продуктів, номер партії, кількість та термін придатності.	S-2	1.0	13	0	1	0	Відповідає
2	Стан складання	Хороший стан, зовнішній вигляд збірки, без тріщин, без отворів, без поломок.	S-2	1.0	13	0	1	0	Відповідає
3	Функція стрільби	Добре стріляють.	S-2	2.5	20	1	2	0	Відповідає
4	Відкрита довжина	1.8 ±0.40mm	S-2	2.5	20	1	2	0	Відповідає
5	Втягнення	Голка втягнута після пострілу.	S-2	2.5	20	1	2	0	Відповідає
6	Функція одноразового використання	Одноразові функції випалу.	S-2	2.5	20	1	2	0	Відповідає
7	Зовнішній вигляд	Колір правильний і відповідає необхідним. Без спалаху.	S-4	4.0	80	7	8	0	Відповідає
8	Чистота	Чистий, без бруду, без плям, без жиру, без волосків, без забруднень.	S-4	4.0	80	7	8	0	Відповідає
9	Упаковка	Маркований, правильний і розбірливий друк, правильна кількість та матеріал упаковки.	S-4	4.0	80	7	8	0	Відповідає

Висновок	Відповісти стандарту Y QS-0613-402 Одноразові безпечні ланцети внутрішніх стандартів контролю якості
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - SteriLance Medical (Suzhou) Inc.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.