



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості

Виробник: SteriLance Medical (Suzhou) Inc.

No.168 PuTuoShan Road, New District, 215153 Suzhou, Jiangsu, P.R. China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +38 094 9547340, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 03.2024

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.415-21 від 03 вересня 2021 р.

Назва продукції :	Одноразові захищені ланцети	Серія	180324						
Специфікація/ Колір :	Ланцет захищений розмір 26G (1.8мм глибина) / жовтий								
Стандарт	QS-0613-402 Стандарт якості одноразових захищених ланцетів для внутрішнього контролю	Дата перевірки	23/04/24						
Кількість	200 000 шт /200 уп	Перевірка	ZS202110002-2						
№	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Рівень	AQL	Кількість	Ac	Re	Кількість NC*	Результат випробування
1	Етикетки	Всі продукти повинні відповідати етикеткам. Включаючи опис продуктів, номер партії, кількість та термін придатності.	S-2	1.0	13	0	1	0	Відповідає
2	Стан складання	Хороший стан, зовнішній вигляд збірки, без тріщин, без отворів, без поломок.	S-2	1.0	13	0	1	0	Відповідає
3	Функція стрільби	Добре стріляють.	S-2	2.5	20	1	2	0	Відповідає
4	Відкрита довжина	1.8 ±0.40mm	S-2	2.5	20	1	2	0	Відповідає
5	Втягнення	Голка втягнута після пострілу.	S-2	2.5	20	1	2	0	Відповідає
6	Функція одноразового використання	Одноразові функції випалу.	S-2	2.5	20	1	2	0	Відповідає
7	Зовнішній вигляд	Колір правильний і відповідає необхідним. Без спалаху.	S-4	4.0	80	7	8	0	Відповідає
8	Чистота	Чистий, без бруду, без плям, без жиру, без волосків, без забруднень.	S-4	4.0	80	7	8	0	Відповідає
9	Упаковка	Маркований, правильний і розбірливий друк, правильна кількість та матеріал	S-4	4.0	80	7	8	0	Відповідає

	упаковки.								
Висновок	Відповідати стандарту QS-0613-402 Одноразові безпечні ланцети внутрішніх стандартів контролю якості								

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - SteriLance Medical (Suzhou) Inc.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.

