

Сертифікат якості № WMH2401

Виробник: JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 12.2023

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

Назва продукції		Інструменти гінекологічні для забору матеріалу стерильні одноразового використання			
Модель / тип		Зонд-тампон	Серія	181223	
Нормативні документи		JK28/06-ID	Кількість зразків	50 шт	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	JK28/06-ID	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2023-12-18~2023-12-25	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
5[0 1]	Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам		Відповідає	Придатний
5[0 1]	Зовнішній вигляд	При візуальному розгляді, головка зонд-тампона повинна бути білою поролоновою губкою, а ручка повинна бути повністю сформованою, без явних дефектів, таких як ямки на поверхні. Губка робочої частини не повинна мати запаху або стискатися, а також не повинно бути витікання клею в місці склеювання.		Відповідає	Придатний
5[0 1]	Упаковка	При візуальному огляді внутрішньої та зовнішньої поверхні індивідуальної упаковки, повинні бути відсутні явні сторонні предмети. Дата виробництва (номер партії) та термін придатності повинні бути чітко надруковані.		Відповідає	Придатний
-	Стерильність	Стерильно		Відповідає	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.