



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH25005-2510

Виробник: JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 03.2025

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21, редакція 02, від 20 січня 2025 р.

Назва продукції		Дзеркало носове стерильне одноразового використання			
Модель / тип		150×28	Серія	190325	
Нормативні документи		YZB/SU0462-2015	Кількість зразків	50 шт.	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2025-03-19 ~ 2025-03-26	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
5[1 2]	Поверхня	Поверхня повинна бути гладкою, не повинно бути гострих країв, задирок тощо.		Відповідає	Придатне
	Заклепка	На поверхні не повинно бути гострих країв, задирок тощо, і вона повинна добре співпрацювати з ручкою.		Відповідає	
	Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам		Відповідає	Придатне
5[0 1]	Пружина	Пружина повинна мати достатню гнучкість і бути зручною у використанні.		Відповідає	
	Міцність	Якщо статична сила 20 Н прикладається до однієї ручки протягом 30 сек, кожна частина дзеркала носового не повинна виявляти жодних ознак несправності чи розламу.		Відповідає	Придатне
	Експлуатаційні властивості	Дзеркало носове повинне бути чистим і не мати дефектів, таких як задирки, плями тощо. Дзеркало має бути зручним при закритті, відхилення голівки має бути менше 1 мм		Відповідає	
—	Стерильність	Стерильне		Відповідає	Придатне
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.