



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
n/p UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH25016/1025

Виробник: JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 06.2025

Термін зберігання: 5 років

Назва продукції		Джгут венозний		
Стандарт випробування		QB	Серія 180625	
Метод відбору зразків		Рандомний	Дата перевірки 2025-06-18~2025-06-25	
Випробувальні прилади		Прилади вимірювання сили, вимірювачі еластичності		
Випробування:				
Назва досліджуваного показника		Стандарт випробування	Вимоги якості	Результат випробування
Зовнішній вигляд		4.1	Поверхня карабіну повинна бути гладкою, без дефектів. Еластична стрічка повинна бути чистою і гладкою, без дефектів, скручування, пошкоджень тощо.	Відповідає
Розмір і характеристики		4.2	Довжина 40,0см ±1,0см, ширина 2,5см ± 0,1см	Відповідає
Функціональні вимоги	Еластичність	4.3	Ступінь розтягування: 1:1,5 - 1:2,0 Ступінь стиснення: ≥90%.	Відповідає
	Міцність стрічки	4.4	При силі натягу ≥50N протягом 60 сек не повинно бути деформації	Відповідає
	Міцність карабіну	4.5	При силі натягу ≥50N протягом 60 сек карабін не повинен ламатися	Відповідає
Висновок: Кількість продукції - 20000 шт; Випадкова вибірка – 50 шт, Ця партія продукції відповідає вимогам QB.				

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.С.