



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH-25011/0825

Виробник: JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 05.2025

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21, редакція 02, від 20 січня 2025 р.

Назва продукції	Голки для забору крові стерильні одноразового використання		
Модель / тип	розмір 0,7 (22G); 0,8 (21G); 0,9 (20G)	Серія	160525
Нормативні документи	YZB/GUO 3896-2010	Кількість зразків	100 шт.
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2025-05-16~ 2025-05-23
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування
Поверхня	Поверхня повинна бути гладкою, вільною від сторонніх включень, без задилок та шорсткостей.		Відповідає
Пропускна здатність	При випробуванні згідно з додатком А.4 при тиску 20 кПа виміряний потік не повинен бути нижче зазначеного в таблиці 1.		Відповідає
Голка	Повинна бути гострою і не мати рваних країв, задилок і гачків тощо		Відповідає
	Повинна мати хорошу жорсткість і міцність		Відповідає
	Розмір має відповідати вимогам		Відповідає
Гумова мембрана	Повинна мати хорошу герметичність і при випробуванні згідно з А.1 не повинна виявляти ознак протікання.		Відповідає
Змащення	На поверхні голки не утворюються краплі		Відповідає
Захисний ковпачок	Не повинен спадати сам по собі, при цьому його легко зняти.		Відповідає
Стерильність	Стерильна		Відповідає
Пірогенність	Апірогенна		Відповідає
Примітки	/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.С.