



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № INTCO-JL-Q071-A2

Виробник: Shandong Intco Medical Products Co., Ltd

No.9888 Qiwan Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, China 262500

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 08.2025

Термін зберігання: 5 років

Назва виробу				Рукавички медичні оглядові нитрилові JS нестерильні неприпудрені					Дата виготовлення:		2025-08				
Замовник:		JS UKRAINE		Матеріал		Нітрил		Неприпудрені		Серія		IN25011892			
Розмір:		S, M, L, XL		Колір		Блакитний		Відповідність		S:600, M:600, L:600		Кількість зразків		30 упаковок	
Показник						Норма				Результат					
Зовнішній вигляд		Критичний дефект				AQL 1.0				S:0/125 M:0/125 L:0/125					
		Значний дефект				AQL 2.5				S:0/125 M:0/125 L:0/125					
		Незначний дефект				AQL 4.0				S:1/125 M:2/125 L:4/125					
Тест на крапковий отвір						AQL 1.5				S:1/500 M:2/500 L:1/500					
Підрахунок						AQL 6.5				S:0/8 M:0/8 L:0/8					
Фізичні властивості		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Розмір		S	S	S	S	M	M	M	M	M	L	L	L	L	
Вага, г		3.10	3.07	3.01	3.02	3.40	3.30	3.38	3.33	3.38	3.65	3.58	3.57	3.65	
Довжина, мм		241	242	243	242	243	243	244	242	243	243	240	242	245	
Ширина долоні, мм		85	86	86	85	95	96	96	96	95	105	106	106	105	
Сила, N		6.2	6.5	6.1	6.1	6.3	6.5	6.4	6.2	6.5	6.3	6.1	6.5	6.4	
Внутрішня коробка				Відповідає				Зовнішній корпус				Відповідає			
Обладнання для тестування отворів				INTCO-CLSB-12-001 INTCO-CLSB-12 002				Номер товщиноміру				INTCO-CLSB- 02-004			
Електронний баланс		INTCO-CLSB-09-019			Номер електронної машини для випробування на розтягування			INTCO-CLSB-10-005		Номер сталеві лінійки			INTCO-CLSB-03-036		
Висновок				Інспектор				Дата		Перевірів			Дата		
Продукція придатна до використання				Сюн Цзяця				2025.08.31		Лі Хун			2025.08.31		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції – Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.