



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № INTCO-JL-Q071-A2

Виробник: Shandong Intco Medical Products Co., Ltd

No.9888 Qiwan Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, China 262500

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 09.2025

Термін зберігання: 5 років

Назва виробу			Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені						Дата виготовлення:		2025-09		
Замовник:	JS UKRAINE		Матеріал	Нітрил		Неприпудрені			Серія		IN25011892		
Розмір:	S, M, L, XL		Колір	Фіолетовий		Відповідність	S:700, M:1400, L:700		Кількість зразків		30 упаковок		
Показник				Норма				Результат					
Зовнішній вигляд	Критичний дефект			AQL 1.0				S:0/125 M:0/125 L:0/125					
	Значний дефект			AQL 2.5				S:0/125 M:0/125 L:0/125					
	Незначний дефект			AQL 4.0				S:2/125 M:0/125 L:4/125					
Тест на крапковий отвір				AQL 1.5				S:2/500 M:2/500 L:1/500					
Підрахунок				AQL 6.5				S:0/8 M:0/8 L:0/8					
Фізичні властивості	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розмір	S	S	S	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L
Вага, г	2.92	2.92	2.89	3.01	3.05	3.12	3.01	3.13	3.16	3.05	3.52	3.42	3.48
Довжина, мм	241	241	243	242	242	241	243	244	242	244	241	243	244
Ширина долоні, мм	85	86	86	95	96	96	96	96	95	96	105	106	106
Сила, N	6.2	6.5	6.1	6.3	6.5	6.2	6.4	6.5	6.3	6.2	6.5	6.3	6.4
Внутрішня коробка			Відповідає				Зовнішній корпус			Відповідає			
Обладнання для тестування отворів			INTCO-CLSB-12-001 INTCO-CLSB-12-002				Номер товщиноміру			INTCO-CLSB-02-002			
Електронний баланс	INTCO-CLSB-09-019			Номер електронної машини для випробування на розтягування			INTCO-CLSB-10-005		Номер сталевий лінійки		INTCO-CLSB-03-036		
Висновок			Інспектор				Дата		Перевірив		Дата		
Продукція придатна до використання			Сюн Цзяця				2025.09.02		Лі Хун		2025.09.02		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.